fiche de données technique

-

Numéro de référence JK369

Attribut	Valeur	
SAP Code	JK369	
SAP Shorttext	1/2-COUVERCLE PERFORE VARIO ARGENT	
BKC name	1/2-COUVERCLE PERFORE , POUR CONTAINER VARIO, ARGENT	
Recherche de produit	Inner Lid	
B. Braun Nom de marque	VARIO	
Figure / Taille	Standard 1/2	
Couleur	argent	
Type de couvercle	Couvercle intérieur	
Longueur extérieure (mm)	298.0	
Largeur extérieure (mm)	285.0	
Hauteur extérieure (mm)	36.0	
Étape chirurgicale	Emballage	
Classe CE (Rel. 7)	34419102	
Description eCl@ss (Rel. 7)	Container inner lid (steril...	
Product contains Latex	Non	

Informations sur le nettoyage, désinfection et stérilisation des dispositifs médicaux

-

Numéro de reférence **JK369**

Used methods	Description	Explication / conseils
Préparation au lieu d'utilisation	voie sèche	Voie sèche signifie qu'après l'opération les instruments sont déposés sans produit de désinfection ni autres liquides additionnels, puis amenés aux services centraux d'asepsie.
Nettoyage et désinfection	traitement stérile manuel ou en machine avec / sans traitement aux ultrasons	
Produits chimiques et températures pour le nettoyage et la désinfection	neutre / alcalin doux avec / sans addition de dérivés tensioactifs, chimique à un max. de 60° C / 140° F ou thermique à l'eau déminéralisée à un max. de 93° C / 199° F	On postule que sont utilisés des produits de nettoyage et de désinfection disponibles dans le commerce et autorisés pour le cas d'application, et que les concentrations, temps d'action et températures recommandés sont observés. Il est impératif de s'assurer qu'aucun résidu ne demeure sur les produits. Le rinçage final doit être effectué avec de l'eau déminéralisée.
Séchage	séchage à un max. de 120° C / 248° F	
Procédés de stérilisation à la vapeur	134°C / 273°F inférieur/égal à 18 min temps de maintien ou 121°C / 250°F inférieure/égal à 20 min temps de maintien	Ces données indiquent les températures maximales et les temps de maintien.
Autres procédés de stérilisation		
Procédés de stérilisation agréés	conformément au mode d'emploi, stérilisation à la vapeur par procédé du vide fractionné à 134° C / 273° F, durée de maintien de 5 min.	Pour des informations détaillées, veuillez cliquer sur le lien vers le mode d'emploi au-dessus du tableau

Informations sur le nettoyage, désinfection et stérilisation des dispositifs médicaux

-

Numéro de reférence JK369

Used methods	Description	Explication / conseils
Autres consignes à observer		Les instruments à articulation (pinces, ciseaux, etc.) ou présentant des surfaces de glissement métalliques (emporte-pièce, ciseaux costaux, etc.) doivent être huilés avant chaque stérilisation pour éviter une perte de souplesse ou une corrosion par frottement. Nous recommandons l'utilisation de nos produits JG 598 ou JG 600. Les produits portant des inscriptions laser peuvent perdre leur couleur en cas de traitement avec des nettoyants de base contenant de l'acide phosphorique ou fluorhydrique. La fonction de codage peut alors être perturbée ou entièrement invalidée.
Validé		